

# VITASEPT® COLOR

## Odos antiseptikas su dažikliu

*Naudojimui paruoštas tirpalas*

### Produkto savybės

- greitas ir veiksmingas poveikis
- gerai prisitvirtina prie odos
- jam išdžiūvus, gerai prikimba chirurginė pjūvio plėvelė
- nepažeidžia, nedirgina ir nealergizuoja odos
- sudėtyje esantis dažiklis pažymi dezinfekuotą pjūvio vietą

### Sudėtis

Izopropanolis 67% (v/v), etanolis 20% (v/v), ketvirtiniai amonio junginiai, dažiklis.

Sudėtyje nėra jodo, fenolio, peroksono ir rugščių.

### Poveikio spektras

Baktericidinis, virucidinis, tuberkuliocidinis, fungicidinis poveikis.

### Poveikio trukmė

Higieninė rankų antiseptika EN 1500 ir DGHM	30 sek.
Chirurginė rankų antiseptika EN 12791 ir DGHM	90 sek.
Bakterijos (E.coli, Salmonella, MRSA ir kt.)	15 sek.
Grybeliai (C. albicans, A. niger ir kt.)	60 sek.
Tuberkuliozės sukélėjas (M. terrae)	30 sek.
Apvalkalą turintys virusai HIV (ŽIV), hepatito B virusas (HBV), hepatito C virusas (HCV)	15 sek.
Vaccinia virusas	15 sek.
Gripo virusas	15 sek.
<b>Virusai be apvalkalo</b> Adenovirusas, rotavirusas Norovirusas, poliovirusas	30 sek. 60 sek.

### Atitiktis ET standartams

EN 1500, EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 1275, EN 14348, prEN 14476, EN14562, EN1040, EN13624.

Kiti standartai: DVV/RKI

### Naudojimas

#### Odos injekciju ir krauko ēmimo vietų išankstinis dezinfekavimas:

VITASEPT® COLOR užpurkštį ant vietas, kur bus daroma injekcija ar imamas kraujas, nuvalyti tamponu, užpurkštį antrą kartą ir palaukti, kol tirpalas nudžiūs.

Poveikio trukmė: 15 sek.

#### Odos antiseptinis apdorojimas prieš klijuojant chirurginę pjūvio plėvelę

Odą punkcijų, operacinių pjūvių vietoje gerai sudrėkinti steriliu tamponu impregnuotu Vitasept Color preparatu arba apipurkštį. Palaukti, kol oda nudžiūs, procedūrą pakartoti. Ekspozicijos laikas 60 sek. Odos, turinčios daug riebalinių liaukų, dezinfekcijos trukmė – 90 sek. Chirurginę pjūvio plėvelę klijuoti tik ant sausos odos.

Gaminio liekamasis poveikis 3 val.

### Atsargumo informacija

- Elektros įrangą galima naudoti tik tada, kai paviršius yra visiškai sausas.
- Negalima naudoti ant varžčiu suveržtos odos.
- Vengti kontakto su akimis.
- Netinka dezinfekuoti atvirų žaizdų ir gleivinės.

Lengvai užsidegantys. Negalima naudoti arti atviros ugnies. Negalima naudoti šalia šildymo šaltinių. Vykdanti alkoholinėms dezinfekcinėms priemonėms nustatytas naudojimo taisykles ir saugos reikalavimus.

### Biocido registracijos numeris:

Pakuotė: 250ml spray / 500ml / 11 / 51



„Goodpoint Chemicals OÜ“  
<http://www.goodpointchemicals.com/>  
 Vabaõhumuuseumi tee 3  
 13522 Talinas  
 Telefonas: 6626 511  
[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5)BSV-11693(A-01PNO603336-19-215)  
3 priedas  
Aktuali priedo redakcija nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

## VITASEPT COLOR

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### **Dėmesio!**

Tik profesionaliesiems naudotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

#### **Naudojimas**

Paruoštas naudojimui preparatas Vitasept Color naudojamas odos dezinfekcijai (prieš operacijas, punkcijas, injekcijas ir kitas procedūras) sveikatos priežiūros įstaigose (operacinėse, procedūriniuose kabinetuose ir kt.). Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

#### **Odos dezinfekcija prieš operacijas ir punkcijas:**

Odą punkcijų, operacių pjūvių vietoje gerai sudrėkinti steriliu tamponu impregnuotu Vitasept Color preparatu arba apipurkšti. Palaukti, kol oda nudžius, procedūrą pakartoti. Ekspozijos laikas 60 sek. Odos, turinčios daug riebalinių liaukų, dezinfekcijos trukmė – 90 sek. Chirurginę pjūvio plėvelę klijuoti tik ant sausos odos.

#### **Odos dezinfekcija prieš injekcijas, krauko èmima**

Vitasept Color tirpalą užpurkšti ant vietas, kur bus daroma injekcija ar imamas kraujas, nuvalyti tamponu, užpurkšti antrą kartą ir palaukti, kol oda nudžius. Ekspozijos laikas 15 sek.

#### **Atsargumo priemonės**

Nenaudoti gleivinių, žaizdų ir veido odos dezinfekcijai.

Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniam asmenims neprieinamoje vietoje.